This journal is © The Royal Society of Chemistry 2018

Table S2: The positive ESI ionization conditions

Parameters	LC-(+) ESI
Scan Mode	Orbitrap
Ionspray Voltage	3500
Sheath Gas	40 psi
Aux Gas	10 psi
Capillary Temperature	300 °C
Probe Heater Temperature	220 °C
S-Lens RF Level	55
Resolution	35000 FWHM (*m/z* 200)
NCE	35%